

ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму
111524, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, тел. (495) 308-92-08, (495) 308-92-07.
ОГРН: 1077759457489.

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.
регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации

В.А. Литвинов

подпись, инициалы, фамилия

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ 6176-Р от 12.05.2025 г.

В результате рассмотрения заявки № 6176-С от 05.05.2025

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАНОТОМЪ"

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Адрес: Россия, 634061, г. Томск, пр. Комсомольский, 62

Телефон: (3822) 28-88-88 / 28-88-49, E-mail: priem@manotom.com

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение обязательной сертификации продукции:

Вентильные блоки

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОК034 (ОКПД2) 28.14.13.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 599 0

Серийный выпуск

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАНОТОМЪ"

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Адрес: Россия, 634061, г. Томск, пр. Комсомольский, 62

адрес изготовителя

выпускаемая по ТУ 28.14.13.110-064-00225590-2019 «Вентильные блоки»

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

и представленных заявителем документов:

ТУ 28.14.13.110-064-00225590-2019 «Вентильные блоки»

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

Органом по сертификации ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

принято отрицательное решение по заявке на проведение обязательной сертификации в связи с тем, что Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" **не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.**

На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.

Настоящее решение действует до 11.05.2026 г., либо до внесения изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Направить данное Решение об отказе в проведении обязательной сертификации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАНОТОМЪ"

Адрес: Россия, 634061, г. Томск, пр. Комсомольский, 62

наименование организации

Эксперт

подпись

Е.К. Савельева

должность, инициалы, фамилия